




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКУПКИ по профилю рентгенодиагностика

Передвижной палатный аналоговый аппарат

Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые должны быть неизменны)	Условия поставки и особые требования	
Мощность генератора (РПУ)	Не менее 4 кВт	Год выпуска не ранее 2011 года
Диапазон напряжения анода (кВ)	Минимальное: не более 40, максимальное: не менее 110.	Предназначен для выполнения снимков нетранспорtableльных больных в условиях больничных палат взрослым и детям всех возрастов
Диапазон экспозиций мАс	Минимальное: не более 0,5, максимальное: не менее 190	Поставка должна включать в себя доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификацию, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (заказчика), гарантийное обслуживание не менее 36 мес.
Система автоматического выбора экспозиции	Наличие	Доставка должна быть осуществлена транспортом поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и произведенной ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов,
Наличие контейнера для кассет	Наличие	
Вес	Не более 200 кг	
Диапазон движения излучателя по вертикали (от пола)	Не менее 150 см	
Выдвижение излучателя по горизонтали относительно передних колес	Не менее 50 см	


Система органавтоматики	Наличие	возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счёт в течение 10 календарных дней. При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию:
Требования к питающей сети	Однофазная 220В+/-10%	- копию сертификата соответствия Оборудования;
		- копию регистрационного Удостоверения Оборудования;
		- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Оборудование;
		- технический паспорт на Оборудование на русском языке или документ его заменяющий;
		- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке.

Директор - *Григорьевская И.В.*
 Главный инженер - *Суряевский Д.С.*
 Руководитель ПС - *Королевский В.В.*
 Руководитель КД - *Серебряков И.И.*

